Настройки управления светодиодным индикатором заушного слухового аппарата danalogic Extend

Настройки управления светодиодным индикатором заушного слухового аппарата	Действие программного обеспечения	Включить	Выключить	В зарядном устройстве		Низкий заряд батареи
				Зарядка	Полностью заряжено	
	Отключено					
	Однократное мигание					
	Постоянное мигание					

Настройки управления светодиодным индикатором заушного слухового аппарата	Действие программного обеспечения	Регулирование громкости	Предел громкости	Состояние программы	DAI	Режим полета
	Отключено	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит	Не горит
	Однократное мигание	1 раз при нажатии	1 раз при достижении	 Программа 1 Программа 2 Программа 3 Программа 4 1 раз при нажатии	1 раз при активации	1 раз при активации (1 длинное мигание, затем четыре двойных мигания)
	Постоянное мигание	1 раз при нажатии	1 раз при достижении	 Программа 1 Программа 2 Программа 3 Программа 4 1 раз при нажатии	1 раз при активации	1 раз при активации (1 длинное мигание, затем четыре двойных мигания)

ПРИМЕЧАНИЯ.

• Предупреждение о низком заряде батареи является приоритетным перед всеми остальными индикаторами.

Для получения дополнительной поддержки отсканируйте QR-код или посетите наш портал поддержки пациентов: **danalogic.co.uk/patient-portal**

Правильный выбор для NHS

danalogic GN

UK 10.84 A 7.2024